

Beschreibung:	WIKA Drucktransmitter	Eichfolge:	2 Jahre
Hersteller, Marke oder Modell	WIKA Drucktransmitter 0 – 250 bar		
Eichungsmethode: Prüfanweisung.		Standort:	AGB Service
Verantwortlich für Kalibrierung:	Emerson	Prod.-Gruppe	
Eichgeräte	790646		

Bemerkungen:

Eichungsdatum	Ergebnis, Befund	Prüfer oder ausführende Firma	Nächste Eichung
20.04.2018	i.O.	Von Arx	04/2020
23.07.2019	i.O.	Intern	07/2021
04.08.2021	i.O	Emerson	08/2023
30.10.2023	i.O	Emerson	10/2025
16.06.2025	i.O	Emerson	07/2027

Keller Transmitter 0 – 800 Bar	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	
Vergleichsmessung	20.04.2018	23.07.2019	04.08.2021	30.10.2023	16.06.2025	
Soll						
Bei 0 Bar	0	0	0	0	0	
Bei 80 Bar	79	79.6	79.7	78.72	79.7	+/- 2.5 bar
Bei 120 Bar	120	119.8	120.2	120	120.15	+/- 2.5 bar
Bei 180 Bar	180	180	180.2	179.94	180.33	+/- 2.5 bar
Bei 220 Bar	220	220.1	220.3	219.7	220.49	+/- 2.5 bar

Entscheid	i.O	i.O.	i.O	i.O	i.O	
Bemerkung						

Datum	20.04.2018	23.07.2019	04.08.2021	30.10.2023	16.06.2025	
Visum	W. Mohler	MK	P. Hofer	MG	MG	

Beschreibung:	Keller Drucktransmitter	Eichfolge:	2 Jahre
Hersteller, Marke oder Modell	Keller Drucktransmitter 0 – 800bar		
Eichungsmethode: Prüfanweisung.	Hersteller	Standort:	AGB Service
Verantwortlich für Kalibrierung:	Emerson,	Prod.-Gruppe	
Eichgeräte	790646		

Bemerkungen:

Eichungsdatum	Ergebnis, Befund	Prüfer oder ausführende Firma	Nächste Eichung
10 / 2023	i.O	Emerson	10 / 2025
06 / 2025	i.O	Emerson	07/2027

Keller Transmitter 0 – 800 Bar	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	
Vergleichsmessung	30.10.2023	16.06.2025				
Soll						
Bei 0 Bar	0	0				
Bei 200 Bar	199.49	200.87				+/- 2.0 bar
Bei 350 Bar	350.29	351.3				+/- 3.5 bar
Bei 500 Bar	501.35	503.3				+/- 5.0 bar
Bei 600 Bar	603.46	603.34				+/- 6 bar

Entscheid	i.O	i.O				
Bemerkung						

Datum	30.10.2023	16.06.2025				
Visum	MG	MG				