

Calibration Certificate



Kalibriertes Prüfgerät: Prüfstand ROMAX Compact / 3000

Gesamtzähler: 261286

Bemerkungen: 1055_compact

Dieses Prüfgerät wurde kalibriert von: t_seth

Datum: 09.01.2026

*** Prüfwerte ***

F - Kraftsensor [N] ; F - Prüfkopf [N]

19877	;	19088
19949	;	19265
19844	;	19067
19584	;	18836
19575	;	18702
19650	;	18687
19563	;	18723
19571	;	18663
19616	;	18881
19638	;	18708

Mittelwert	;	Mittelwert
19687	;	18862

Berechneter Kraftfaktor (Abweichung):
(F-Kraftsensor / F-Prüfgerät) = 1.044

Kraftfaktor Alt = 1.000

Kraftfaktor Neu:
(Kraftfaktor Alt * Kraftfaktor Neu) = 1.044

Calibration Certificate



Kalibriertes Prüfgerät: Prüfstand ROMAX Compact / 3000

Gesamtzähler: 261286

Bemerkungen: 1055_standard

Dieses Prüfgerät wurde kalibriert von: t_seth

Datum: 09.01.2026

*** Prüfwerte ***

F - Kraftsensor [N] ; F - Prüfkopf [N]

33665	;	33065
33293	;	32511
33017	;	32289
33171	;	32355
33101	;	32403
33057	;	32346
33336	;	32451
33008	;	3224124
33026	;	32151
33116	;	32055

Mittelwert	;	Mittelwert
33179	;	32387

Berechneter Kraftfaktor (Abweichung):
(F-Kraftsensor / F-Prüfgerät) = 1.024

Kraftfaktor Alt = 1.000

Kraftfaktor Neu:
(Kraftfaktor Alt * Kraftfaktor Neu) = 1.024