

Calibration Certificate



Kalibriertes Prüfgerät: Prüfstand ROMAX Compact / 3000

Gesamtzähler: 261831

Bemerkungen: 1070_compact

Datum: 30.01.2026

*** Prüfwerte ***

F - Kraftsensor [N] ; F - Prüfkopf [N]

20467	;	19283
19825	;	18669
19799	;	18669
19734	;	18513
19757	;	18516
19679	;	18459
19604	;	18459
19684	;	18414
19725	;	18549
19982	;	18792

Mittelwert	;	Mittelwert
19826	;	18632

Berechneter Kraftfaktor (Abweichung):
(F-Kraftsensor / F-Prüfgerät) = 1.064

Kraftfaktor Alt = 1.000

Kraftfaktor Neu:
(Kraftfaktor Alt * Kraftfaktor Neu) = 1.064

Calibration Certificate



Kalibriertes Prüfgerät: Prüfstand ROMAX Compact / 3000

Gesamtzähler: 261831

Bemerkungen: 1070_standard

Datum: 30.01.2026

*** Prüfwerte ***

F - Kraftsensor [N] ; F - Prüfkopf [N]

32831	;	31882
32993	;	31840
33092	;	32097
33240	;	32283
32904	;	31899
33191	;	32247
33188	;	32049
33013	;	31935
33020	;	32031
33089	;	32190

Mittelwert	;	Mittelwert
33056	;	32045

Berechneter Kraftfaktor (Abweichung):
(F-Kraftsensor / F-Prüfgerät) = 1.032

Kraftfaktor Alt = 1.000

Kraftfaktor Neu:
(Kraftfaktor Alt * Kraftfaktor Neu) = 1.032